

Quick Guide

Beyond the PCR technology, BIOFACT promises the progress for your research.



BioFACT™ 2X H-Star Taq PCR Master Mix 1 [UDG System]

[Cat. No. HS341-40h]

Contents	HS341-40h
BioFACT™ 2X H-Star PCR Master Mix [UDG System]	1 mL x 4 ea

제품 특징 (Feature)

- Source : *Thermus aquaticus*
- 5' → 3' exonuclease activity : Yes
- 3' → 5' exonuclease activity (fidelity) : No
- Amplification size : < 1 kb PCR
- Hot start activity : Yes (Chemical-mediated hot start)
- UDG System : crossover contamination 방지 및 최소화
- A-tailing : Yes
- Error rate : 12 - 13 bp error/ 10⁶ bp

PCR Mixture & Cycle

PCR Mixture	Reaction Vol. 20µl	Reaction Vol. 50µl
BioFACT™ 2X H-Star Taq PCR Master Mix (UDG system)	10 µl	25 µl
Primer F (10 pmole/µl)	1 µl	2 µl
Primer R (10 pmole/µl)	1 µl	2 µl
Template DNA	- µl	- µl
Add D.W to	20 µl	50 µl

(Template <200 ng)

Steps	# of Cycles	Program
1. UDG Activation	1	50°C 3 min
2. UDG inactivation/ Initial denaturation	1	95°C 15 min
3. 3-Step PCR		
a. Denaturation		95°C 20 sec
b. Annealing	30 - 50	AT°C 40 sec
c. Extension		72°C 1 min/kb
4. Final extension	1	72°C 5 min

*5X Band Helper™ : PCR 증폭용 Additives로 High G+C contents 또는 secondary structure 구조를 지닌 template의 증폭에 매우 효과적입니다 . (단, Fidelity 기능이 있는 PCR enzyme 사용 시에는 mutation의 위험이 있을 수 있으므로 최소량의 사용을 권장합니다) ※별도 구매

5X Band Helper™ 사용 예

Reaction mixture (conc. of 5X Band Helper™)	FS341-50h (OX)	Mix A (0.5X)	Mix B (1X)
2X H-Star Taq PCR Master Mix 1	25 µl	25 µl	25 µl
5X Band Helper™ (별도구매)	0 µl	5 µl	10 µl
Primer F (10 pmole/µl)	2 µl	2 µl	2 µl
Primer R (10 pmole/µl)	2 µl	2 µl	2 µl
Template DNA	- µl	- µl	- µl
Add D.W to	50 µl	50 µl	50 µl

Tip.

PCR 수행 시 사용하는 Template의 종류 및 농도, 증폭하고자 하는 target size, primer의 Tm에 따라 template의 사용량, AT, Extension time, Taq의 양, Cycle 수, 5X Band Helper™ 양을 조절해 사용합니다 .

5 kb 이상 증폭 시 BioFACT™ Lamp Taq DNA Polymerase의 사용을 권장합니다 .

- ▶ Tm값 설정
Tm = 4 x (G+C) + 2 x (A+T)
AT = Tm - (4 ~ 6°C)

Expiration Date : -20±5°C 보관 시 1년 6개월



Please contact us, if you have any question and need help.
T)1670-5695 www.bio-ft.com info@bio-ft.com

2021. 04. 22(Revision Date)

주의사항.

본 제품은 실험 전문 인력이 사용하도록 한다.

제품보증 및 책임사항

- 제품의 유효기간은 구입일로부터 1년6개월이다.
- 설명서에 나온 지침에 따라 제품을 사용하였을 경우에만 모든 제품의 결과를 보증한다.
- 실험자의 잘못된 사용이나 부주의로 인한 문제가 발생하였을 경우에는 교환이 되지 않는다.

안전경고 및 응급조치 요령

- 눈, 호흡기, 피부 접촉을 피한다.
- 눈에 들어갔을 때 : 흐르는 물로 눈을 씻을 것.
자극이 지속되면 의사의 진료를 받을 것.
- 피부에 접촉시 : 접촉된 부위를 비누와 물로 충분히 씻을 것.
자극이 지속되면 의사의 진료를 받을 것.
- 동상의 위험이 있으니 반드시 경각 착용 후 사용할 것.

사용자 유의사항

- 유효기한이 지난 제품의 사용을 금지한다.
- 냉동 제품을 자주 열리고 녹이는 과정을 반복할 경우, 활성이 저하될 수 있으므로 주의한다.
- 필요한 경우, 일정량을 분주하여 보관, 사용하도록 한다.
- 조작성 정해진 순서에 따라 정확히 하여야 하며, 키트는 개봉 후 즉시 사용한다.
- 분리된 검체 DNA/RNA 상태에 따라 상이한 결과를 보일 수 있다.
- 오염된 검체는 부정확한 결과를 나타낼 수 있으므로 주의한다.

알림.

- Genomic DNA / Plasmid DNA / Total RNA는 사용하는 Primer의 종류에 따라 다양한 농도로 사용할 수 있다.
- NTC (Non-Template Control)을 이용하여 실험 환경내의 오염을 확인하도록 한다.
- * 실험의 마지막 단계에서 적정량의 DNA / RNA template를 넣어 준다 . NTC에는 template대신 RNase / DNase free water를 넣어 Negative control로 사용한다 .

참고사항.

Template 종류에 따른 사용량 (PCR Cycles)

- Animal genomic DNA : 50 ng ~ 200 ng (25 ~ 35 cycles)
10 ng ~ 50 ng (25 ~ 40 cycles)
- Bacterial genomic DNA : 10 ng ~ 50 ng (25 ~ 35 cycles)
1 ng ~ 5 ng (25 ~ 40 cycles)
- Plasmid and Lamda DNA : 1 ng ~ 5 ng (25 ~ 40 cycles)



Troubleshooting Guide

(주) 바이오팩트 사용 시 먼저 check해 주세요.

dNTP 농도 Check: (주) 바이오팩트 dNTP Mix의 농도는 each 10mM입니다 .
Reaction Vol. 50µl 기준 dNTP (each 10mM) 1µl 를 사용합니다 .

Enzyme 농도 Check: Reaction Vol. 50µl 기준 1.25 Unit을 사용합니다 .

Band Helper™ 농도 조절: DNA 구조적인 문제 시 Final OX-2X로 조절하여 사용합니다 .

Low yield or No Band

- 농도 check**
- 01. dNTP 농도 check
적정량보다 초과 사용 시 substrate inhibition 작용으로 인해 target DNA를 생성하는 데 문제가 발생할 수 있습니다 .
- 02. Band Helper™ - OX ~ 2X 농도 조절합니다 .

- 온도 / 시간 check**
- 01. Annealing Temperature(AT) check
Tm=(A+T) X 2 + (G+C) X 4, AT=Tm-(4~6°C) 이 산출법으로 설정 후 에도 PCR이 되지 않으면 AT를 2°C 낮추어 진행합니다 .
- 02. Pre-denaturation 온도 및 시간 (제품 Protocol 참조)
- 03. Extension time Check
일반적으로 0.5~1 min/kb로 설정 . 단, Pfu는 1~2min/kb

- Template primer check**
- 01. Primer degradation check
Primer dilution 후 4°C에서 장기간 보관 시 분해되어 PCR에 영향을 줄 수 있습니다 . 새로 dilution하거나 제작하여 사용합니다 .
- 02. Starting template check
보관상태가 불량하거나 농도가 낮은 경우, quality가 낮은 경우 문제가 발생할 수 있습니다 . 새로 prep하거나 사용량을 늘립니다 .

Smear Band

- 농도 check**
- 01. Enzyme 농도 check
Reaction Vol. 50 µl 기준 1.25 Unit을 사용하며, 계속 smear될 경우 Enzyme 양을 줄여가며 reaction합니다 .
- 02. dNTP 농도 check
Long PCR일 경우 적게 사용 시 smear될 수 있습니다 .
- 03. Template 농도 check
Template를 dilution하여 사용합니다 .

- PCR condition check**
- 01. Extension time Check
Extension time이 적정시간보다 길 경우, target size보다 긴 단편들이 형성되어 smear될 수 있습니다 .
- 02. Cycle number check
cycle 수를 줄여서 PCR합니다 .

- 온도 / 시간 check**
- 01. Annealing Temperature(AT) check
Tm=(A+T) X 2 + (G+C) X 4, AT=Tm-(4~6°C) 이 산출법으로 설정 후 에도 PCR이 되지 않으면 AT를 2°C 낮추어 진행합니다 .
- 02. Pre-denaturation 온도 및 시간 (제품 Protocol 참조)

Non-Specific Band

- Try**
- 01. Annealing Temperature(AT)를 높여 PCR합니다 .
- 02. Band Helper™를 첨가합니다 .
- 03. Hot Start Enzyme를 사용하여 PCR을 진행합니다 .

